



WYMAGANIA MINIMALNE

Opis przedmiotu zamówienia zawiera opis minimalnych wymagań dla kamery termowizyjnej
– szt. 1

L.p	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca
1.	Wymagania ogólne	
1.1.	Kamera termowizyjna FLIR K-55	
1.2.	Kamera termowizyjna fabrycznie nowa (rok produkcji 2017r.).	
1.3.	Kamera termowizyjna umożliwiająca nagrywanie, robienie zdjęć oraz identyfikację najgorętszych i najzimniejszych miejsc.	
1.4.	<p>Dane techniczne kamery termowizyjnej:</p> <p>ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU ORAZ PODCZERWIENI - max do 320 x 240 pikseli</p> <p>WYŚWIETLACZ - kolorowy, max do 4" LCD</p> <p>POLE WIDZENIA - max do 51° × 38°</p> <p>WYMIARY KAMERY - max do 120mm x 125mm x 280mm</p> <p>NAGRYWANIE - nagrywanie plików w podczerwieni w formacie MPEG-4 wraz z możliwością ulepszania obrazu termalnego</p> <p>CZUŁOŚĆ TERMICZNA (NETD) - max do 40 mK</p> <p>CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA OBRAZU - max do 60 HZ</p> <p>POWIĘKSZANIE OBRAZU - min 2x, cyfrowe</p> <p>DETEKTOR/ZAKRES WIDZENIA - niechłodzony mikrobolometer/7,5-13µm</p> <p>ZAKRES TEMPERATUR OBIEKTU - od min -20 °C do max +150 °C oraz od min 0 °C do max +650 °C</p> <p>ZAKRES TEMPERATUR PRACY - od min -20 °C do max +85 °C / 260 °C (przez 5 minut)</p> <p>TRYB ROZPOZNAWANIA CIEPŁA - automatyczne, przedstawione za pomocą palety barw</p> <p>PAMIĘĆ URZĄDZENIA - możliwość przechowywania do 200 zdjęć lub plików wideo o łącznej długości 600 minut w 5 minutowych sekwencjach</p> <p>INTERFEJS - USB-mini</p> <p>BATERIA - Li-ion o max czasie pracy do 4 godzin</p> <p>ŁADOWANIE - ładowarka dwukanałowa wraz z ładowarką samochodową. Poziom ładowania wskazany na wyświetlaczu urządzenia</p> <p>ZARZĄDZANIE ZASILANIEM - automatyczne uśpienie/wyłączenie urządzenia</p> <p>WODOSZCZELNOŚĆ - IP 67</p> <p>ODPORNOŚĆ - na uderzenie min 25 g - na upadek min 2 m</p>	

1.5.	Dodatkowe wyposażenie dla kamery termowizyjnej: <ul style="list-style-type: none"> - walizka transportowa dla urządzenia - oprogramowanie - kable zasilające z gniazdkami - baterie min 2 szt. - ładowarka - kabel USB - adapter do trójnożu 	
1.6.	Dokumenty w języku polskim / specyfikacja techniczna	
Pozostałe warunki Zamawiającego		
2.1.	Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 24 miesiące.	Należy podać okres gwarancji
2.2.	Dostawca przeprowadzi instruktaż z obsługi przedmiotu zamówienia dla wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

*** UWAGA:**

Wykonawca wypełnia tylko pola w których wymagane jest podanie konkretnego parametru lub wpisanie informacji zgodnie z podanymi wymaganiami.

.....
 Miejscowość, data

.....
 podpis uprawnionej osoby

Quedus