

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA ŹRÓDEŁ PROMIENIOTWÓRCZYCH

UWAGA:

Wykonawca wypełnia kolumnę „Wypełnia Wykonawca” podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania.

L.p	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca
1. Wymagania ogólne		
1.1.	Przedmiot zamówienia obejmujący 1 kpl. źródeł promieniotwórczych - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2017.	
1.2.	Przedmiot zamówienia musi posiadać opis w języku polskim.	
2. Wymagania szczegółowe		
2.1.	Źródła promieniotwórcze – 1 szt. <ul style="list-style-type: none"> • Źródło promieniowania α 241Am o aktywności maks. 450 kBq • Źródło promieniowania β 90Sr + 90Y o aktywności maks. 200 kBq lub 137 Cs o aktywności maks. 300 kBq • Źródło promieniowania γ 60 Co o aktywności maks. 200 kBq • Obudowa źródła wykonana pleksi z zamykanym wieczkiem • Oznakowanie źródeł z symbolami izotopu i liczbą masową • Oznakowanie opakowania zgodnie z przepisami ADR • Świadczenia aktywności - Suma aktywności wszystkich źródeł nie może przekraczać wartości wymagającej konieczność uzyskania zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące 	Podać aktywność..... Podać aktywność..... Podać aktywność..... Podać sumaryczną aktywność.....
3. Wymagania dodatkowe		
3.1.	Dostawca przeprowadzi instruktaż z obsługi przedmiotu zamówienia dla 5 wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego.	
3.2.	Zestaw zapakowany w walizkę transportową	
3.3.	Gwarancja na zestaw – min. 24 miesiące	Podać długość gwarancji.....



.....

Miejscowość, data

.....

podpis uprawnionej osoby