

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania minimalne

Dostawa dygestorium prostokątnego do laboratorium fizykochemii

Lp.	Minimalne parametry wymagane
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Dygestorium prostokątne 1 szt. - Sprzęt fabrycznie nowy - Sprzęt ten musi być wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami - o wymiarach (szer. x gł.x wys.) 1200 x 930 x 2420mm - blat z ceramiki monalitycznym ze zintegrowanym podniesionymi obrzeżami ceramicznymi - wykładka wewnętrzna komory z żywicy fenolowej - okno przednie : szyba ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej malowanej proszkowo farbami epoksydowymi - kłapa bezpieczeństwa - pod blatem szafki laminacje, <u>wyryglowane</u>, w trakcie pracy degestorium - certyfikaty zgodności z normami PN-EN 14175-1,2,3,4,5,6 - Żywicy epoksydowej CS12 - system przepływu powietrza Q-Flow - instalacja kanalizacyjna, wodna, wentylacyjna - w dalszej części dygestorium umieszczona szafka do przechowywania butli z gazem
Lp.	Wyposażenie dodatkowe
2.	<p>Z przedmiotem zamówienia wykonawca ma obowiązek dostarczyć m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrukcja obsługi w języku polskim - książki gwarancyjne w języku polskim lub gwarancje w formie pisemnej - certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami - deklaracja zgodności z normą PN EN 14175 część 2 i część 3 dla wyciągów laboratoryjnych
Lp.	Pozostałe warunki zamawiającego
	<ul style="list-style-type: none"> - Gwarancja jakości na przedmiot, zamówienia min. 24 miesiące; - Zamawiający wymaga by realizacja przedmiotu zamówienia obejmowała wszystkie koszty związane z transportem, dostawą, wniesieniem, montażem oraz szkoleniem pracowników w liczbie 1. - Miejsce dostawy i montażu - Siedziba Zamawiającego, Pracownia Fizykochemii,

.....
Miejscowość, data

.....
podpis upoważnionej osoby